บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลภูเพียง ๐๕๔๗๑-๙๕๙๑-๓ ต่อ ๒๑๖

ที่ นน ๐๐๓๓.๓๐๑.๓/๒๓๘๘ **ลงวันที่** ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีพัสดุชำรุด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

อนุสนธิคำสั่งจังหวัดน่านที่ ๒๓๑๑๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงผู้มีรายนาม ข้างท้ายนี้ได้ร่วมกันดำเนินการตรวจสอบแล้ว ผลปรากฏดังนี้

๑. ครุภัณฑ์การแพทย์

ครุภัณฑ์การแพทย์ชำรุดที่หน่วยเบิกและส่งคืนอยู่ในคลังพัสดุ จำนวน ๑๔ รายการ ปรากฏว่าเป็นพัสดุ ชำรุดซ่อมแซมไม่คุ้มค่า จำนวน ๑๔ รายการ

คณะกรรมการได้สอบหาข้อเท็จจริงกรณีพัสดุชำรุดแล้ว ปรากฏว่าเป็นการชำรุดโดยสภาพการใช้งานไม่มีผู้ใดทำให้ชำรุดเสียหายแต่ประการใด จึงไม่ปรากฏตัวผู้รับผิด

๒. ครุภัณฑ์สำนักงานและทั่วไป

ครุภัณฑ์สำนักงานและทั่วไปชำรุดที่หน่วยเบิกและส่งคืนอยู่ในคลังพัสดุ จำนวน ๑๐ รายการ ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า เป็นพัสดุ ชำรุดซ่อมแซมไม่คุ้มค่า จำนวน ๑๐ รายการ

คณะกรรมการได้สอบหาข้อเท็จจริงกรณีพัสดุชำรุดแล้ว ปรากฏว่าเป็นการชำรุดโดยสภาพการใช้งานไม่มีผู้ใดทำให้ชำรุดเสียหายแต่ประการใด จึงไม่ปรากฏตัวผู้รับผิด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นางรัชนี พิเคราะห์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ
(นางเสาวณีย์ อยู่คง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ
(นายอนุสรณ์ จันสอง)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

-๒-/ความเห็น..

<u>ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่</u>

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

เห็นควรดำเนินการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพไม่คุ้มค่ากับการบำรุงรักษาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๕ ข้อ ๒๑๖ และข้อ ๒๑๗ ต่อไป

(นางสาววิลาวัณย์ ตฤณธีรบูลย์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

<u>คำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน</u>

ทราบ/ดำเนินการตามเสนอ

(นายภูวัส เฟยลุง)
นายแพทย์ชำนาญการ (ด้านเวชกรรม)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

คำสั่งจังหวัดน่าน
ที่ ๒๓๑๖/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โรงพยาบาลภูเพียง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของโรงพยาบาลภูเพียง ได้ทำการตรวจสอบพัสดุสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของ โรงพยาบาลภูเพียง ปรากฏว่ามีพัสดุสูญหายชำรุดเสื่อมสภาพ ตามบันทึกที่ นน ๐๐๓๓.๓๐๑.๓/๔๑๐๒ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๔ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพประจำปีงบประมาณ ดังนี้

๑. นางรัชนี	พิเคราะห์	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. นางเสาวณีย์	อยู่คง	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๓. นายอนุสรณ์	จันสอง	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ

ให้คณะกรรมการดังกล่าวดำเนินการตามระเบียบแบบแผนของทางราชการโดยเคร่งครัด และรายงานผลให้ทราบเมื่อแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายภูวัส เฟยลุง)
นายแพทย์ชำนาญการ (ด้านเวชกรรม)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

แบบคำให้การของพยาน

คำให้การของ นายสุบรรณชา สารใจ

เรื่อง การสอบหาข้อเท็จจริงกรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปี 2566

สอบหาข้อเท็จจริงที่ โรงพยาบาลภูเพียง

วันที่

ต่อหน้า

นางรัชนี	พิเคราะห์	ประธานกรรมการ
นางเสาวณีย์	อยู่คง	กรรมการ
นายอนุสรณ์	จันสอง	กรรมการ

1. ข้าพเจ้า นายสุบรรณชา สารใจ อายุ 45 ปี สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ อาชีพ ช่างไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ ที่อยู่ 75 หมู่ 6 ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
2. คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบว่า ข้าพเจ้าเป็นพยานในเรื่องการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปี 2566 ของโรงพยาบาลภูเพียง

ข้าพเจ้าทราบแล้ว ขอให้ถ้อยคำตามความสัตย์จริง ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	จำนวนตามบัญชี	ซื้อด้วยเงิน	วันที่ได้มา	อายุการใช้งาน(ปี)	เคยซ่อมกี่ครั้ง	หน่วยละ	สภาพ	ความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ สภาพชำรุด									
1	เครื่องขูดหินปูนพร้อมตู้เก็บและถัง ยี่ห้อ THE RHINOCEROS SV	6520-004-0004/56-001	1 เครื่อง	เงินงบประมาณ	1 ต.ค. 56	10	1	15,000.00	foot switch ไม่ทำงาน และขณะใช้งานน้ำไม่ไหล	เห็นสมควรจำหน่ายได้
2	เครื่องขูดหินปูนพร้อมตู้เก็บและถัง ยี่ห้อ THE RHINOCEROS SV	6520-004-0004/58-001	1 เครื่อง	เงินงบประมาณ	22 ก.พ. 58	8	1	19,000.00	foot switch ไม่ทำงาน และขณะใช้งานน้ำไม่ไหล	เห็นสมควรจำหน่ายได้

ลำดับที่	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	จำนวนตามบัญชี	ซื้อด้วยเงิน	วันที่ได้มา	อายุการใช้งาน(ปี)	เคยซ่อมกี่ครั้ง	หน่วยละ	สภาพ	ความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
3	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ พร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ยี่ห้อ IRIS รุ่น IRIS 200	6515-069-1002/64-001	1 เครื่อง	เงินบริจาค	30 ส.ค. 64	2	1	70,000.00	หน้าจอแสดงผล error แผงวงจรมีปัญหาค่าซ่อมมีมูลค่าสูงไม่คุ้มค่าหากซ่อมมาใช้งาน	เห็นสมควรจำหน่ายได้
4	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ ยี่ห้อ omron รุ่น HEM-7121	6515-069-3101/64-003	1 เครื่อง	เงินบริจาค	9 เม.ย. 64	2	1	1,800.00	ไม่สามารถหาอะไหล่ทดแทนได้และไม่สามารถซ่อมได้ตัวเครื่องเป็นพลาสติกทำให้ซ่อมลำบากและเสียหายง่าย	เห็นสมควรจำหน่ายได้
5	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ ยี่ห้อ omron รุ่น HEM-7121	6515-069-3101/64-004	1 เครื่อง	เงินบริจาค	9 เม.ย. 64	2	1	1,800.00	ไม่สามารถหาอะไหล่ทดแทนได้และไม่สามารถซ่อมได้ตัวเครื่องเป็นพลาสติกทำให้ซ่อมลำบากและเสียหายง่าย	เห็นสมควรจำหน่ายได้
6	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ ยี่ห้อ omron รุ่น HEM-7121	6515-069-3101/64-005	1 เครื่อง	เงินบริจาค	9 เม.ย. 64	2	1	1,800.00	ไม่สามารถหาอะไหล่ทดแทนได้และไม่สามารถซ่อมได้ตัวเครื่องเป็นพลาสติกทำให้ซ่อมลำบากและเสียหายง่าย	เห็นสมควรจำหน่ายได้

ลำดับที่	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	จำนวนตามบัญชี	ซื้อด้วยเงิน	วันที่ได้มา	อายุการใช้งาน(ปี)	เคยซ่อมกี่ครั้ง	หน่วยละ	สภาพ	ความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
7	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ ยี่ห้อ omron รุ่น HEM-7121	6515-069-3101/64-006	1 เครื่อง	เงินบริจาค	9 เม.ย. 64	2	1	1,800.00	ไม่สามารถหาอะไหล่ทดแทนได้และไม่สามารถซ่อมได้ตัวเครื่องเป็นพลาสติกทำให้ซ่อมลำบากและเสียหายง่าย	เห็นสมควรจำหน่ายได้
8	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ ยี่ห้อ omron รุ่น HEM-7121	6515-069-3101/64-008	1 เครื่อง	เงินบริจาค	9 เม.ย. 64	2	1	1,800.00	ไม่สามารถหาอะไหล่ทดแทนได้และไม่สามารถซ่อมได้ตัวเครื่องเป็นพลาสติกทำให้ซ่อมลำบากและเสียหายง่าย	เห็นสมควรจำหน่ายได้
9	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ ยี่ห้อ omron รุ่น HEM-7121	6515-069-3101/64-010	1 เครื่อง	เงินบริจาค	9 เม.ย. 64	2	1	1,800.00	ไม่สามารถหาอะไหล่ทดแทนได้และไม่สามารถซ่อมได้ตัวเครื่องเป็นพลาสติกทำให้ซ่อมลำบากและเสียหายง่าย	เห็นสมควรจำหน่ายได้
10	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล รุ่น ES-H55	6515-069-4101/59-002	1 เครื่อง	งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม)	16 มี.ค. 59	7	1	10,970.00	ไม่สามารถหาอะไหล่ทดแทนได้เนื่องจากอายุการใช้งานเกิน 5 ปี	เห็นสมควรจำหน่ายได้

ลำดับที่	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	จำนวนตามบัญชี	ซื้อด้วยเงิน	วันที่ได้มา	อายุการใช้งาน(ปี)	เคยซ่อมกี่ครั้ง	หน่วยละ	สภาพ	ความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
11	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบดิจิตอลแสดงผลโดยใช้จอดิจิตอล ยี่ห้อ NISSEI Blood Pressure Monitor รุ่น DM-3000	6515-069-3301/62-001	1 เครื่อง	เงินบริจาค (ธ. ออมสิน)	14 มี.ค. 62	4	1	15,000.00	ไม่มีอะไหล่ แผงวงจรมีปัญหาไม่สามารถซ่อมได้	เห็นสมควรจำหน่ายได้
12	รถเข็นขยะสแตนเลสด้านบนมีประตู 1 บาน ล้อ 8 นิ้ว 4 ลูก	3920-005-1148/58-001	1 เครื่อง	งบค่าเสื่อม	22 พ.ค. 58	8		30,000.00	ฝาปิดด้านบนชำรุดไม่สามารถซ่อมได้และล้อรถเข็นไม่มีอะไหล่เปลี่ยน	เห็นสมควรจำหน่ายได้
13	รถเข็นนั่งผู้ป่วย	6530-038-1100/65-001	1 เครื่อง	เงินบริจาค	13 ธ.ค. 64	2		3,390.00	ล้อรถเข็นชำรุด ไม่มีอะไหล่เปลี่ยน	เห็นสมควรจำหน่ายได้
14	รถเข็นนั่งผู้ป่วย	6530-038-1100/65-002	1 เครื่อง	เงินบริจาค	13 ธ.ค. 64	3		3,390.00	ล้อรถเข็นชำรุด ไม่มีอะไหล่เปลี่ยน	เห็นสมควรจำหน่ายได้

ลำดับที่	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	จำนวนตามบัญชี	ซื้อด้วยเงิน	วันที่ได้มา	อายุการใช้งาน(ปี)	เคยซ่อมกี่ครั้ง	หน่วยละ	สภาพ	ความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
15	เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตรยี่ห้อ Dutens รุ่น OC-65-10	6530-010-0002/65-002	1 เครื่อง	เงินบริจาค	23 กย. 65	1		25,000.00	ตัวโปรแกรมควบคุมการทำงานของเครื่องแจ้งเตือนให้ใส่รหัสผ่านเพื่ออัพเดทข้อมูล แต่ด้วยทาง รพ.ไม่มีรหัสผ่านและบริษัทภายนอกไม่สามารถซ่อมได้ เนื่องจากต้องใส่ค่าจากโรงงาน และไม่ทราบว่าผู้บริจาคซื้อมาจากบริษัทไหนจึงไม่สามารถซ่อมได้	เห็นสมควรจำหน่ายได้
16	เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ยี่ห้อ B.Braun	6515-025-0001/58-002	1 เครื่อง	งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม)	7 พ.ค. 58	8		55,000.00	ไม่เก็บแบตเตอรี่และสายให้น้ำเกลือและสารน้ำของอุปกรณ์ ทางบริษัทผู้ผลิตได้ยกเลิกผลิตสายให้น้ำเกลือและสารไปแล้ว จึงไม่สามารถนำมาให้บริการผู้ป่วยได้อีกต่อไป	เห็นสมควรจำหน่ายได้

ลำดับที่	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	จำนวนตามบัญชี	ซื้อด้วยเงิน	วันที่ได้มา	อายุการใช้งาน(ปี)	เคยซ่อมกี่ครั้ง	หน่วยละ	สภาพ	ความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
17	เครื่องตรวจติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพขนาดเล็ก (Patient Monitor) ยี่ห้อ BIONET รุ่น BM5	6515-027-1002/001	1 เครื่อง	เงินงบประมาณ	21 มิ.ย. 58	9		85,000.00	แผงวงจรมีปัญหาค่าซ่อมมีมูลค่าสูงไม่คุ้มค่าหากซ่อมมาใช้งาน	เห็นสมควรจำหน่ายได้
18	ตู้ตรวจความดันบวกสำหรับคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยง โควิด 19	6515-011-1101/64-001	1 เครื่อง	เงินบริจาค	11 พ.ค. 64	2		110,000.00	มีเชื้อราขึ้นภายในห้องควบคุมอุณหภูมิ	เนื่องจากค่าซ่อมบำรุงมีมูลค่าสูงเห็นควรถอดเครื่องปรับอากาศออกและดำเนินการจำหน่ายตู้ได้

.....หมดรายการ.....

อ่านให้ฟังแล้วรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ .....

(นายสุบรรณชา สารใจ)

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นางรัชนี พิเคราะห์)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นางเสาวณีย์ อยู่คง)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายอนุสรณ์ จันสอง)

แบบคำให้การของพยาน

คำให้การของ นายอนุสรณ์ หารต๊ะ

เรื่อง การสอบหาข้อเท็จจริงกรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปี 2566

สอบหาข้อเท็จจริงที่ โรงพยาบาลภูเพียง

วันที่

ต่อหน้า

นางรัชนี พิเคราะห์	ประธานกรรมการ
นางเสาวณีย์ อยู่คง	กรรมการ
นายอนุสรณ์ จันสอง	กรรมการและเลขานุการ

1. ข้าพเจ้า นายอนุสรณ์ หารต๊ะ อายุ 35 ปี สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ อาชีพ นายช่างเทคนิค ที่อยู่ 259 หมู่ 2 บ้านท่าน้าว (ชุมชนทหาร) ตำบลท่าน้าว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
2. คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบว่า ข้าพเจ้าเป็นพยานในเรื่องการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปี 2566 ของโรงพยาบาลภูเพียง

ข้าพเจ้าทราบแล้ว ขอให้ถ้อยคำตามความสัตย์จริง ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	จำนวนตามบัญชี	ซื้อด้วยเงิน	วันที่ได้มา	อายุการใช้งาน(ปี)	เคยซ่อมกี่ครั้ง	หน่วยละ	สภาพ	ความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
	ครุภัณฑ์สำนักงานและทั่วไป สภาพชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้									
1	เครื่องสำรองไฟขนาด 1000 VA ยี่ห้อ CHAMP สีดำ	7440-009-0002/014	1 เครื่อง	งบประมาณ	6 ส.ค. 58	8	1	2,500.00	คงเหลือแค่โครงด้านนอก เนื่องจากแผงวงจรเสีย	เห็นสมควรจำหน่ายได้
2	เครื่องสำรองไฟขนาด 1000 VA ยี่ห้อ CHAMP สีดำ	7440-009-0002/017	1 เครื่อง	งบประมาณ	6 ส.ค. 58	8	1	2,500.00	คงเหลือแค่โครงด้านนอก เนื่องจากแผงวงจรเสีย	เห็นสมควรจำหน่ายได้
3	เครื่องพิมพ์ HP LaserjetPro M130	7440-010-0002/027	1 เครื่อง	งบประมาณ	9 พ.ย. 60	6	1	7,900.00	ไม่อ่านตลับหมึก ปริ้นไม่ออก	เห็นสมควรจำหน่ายได้

ลำดับที่	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	จำนวนตามบัญชี	ซื้อด้วยเงิน	วันที่ได้มา	อายุการใช้งาน(ปี)	เคยซ่อมกี่ครั้ง	หน่วยละ	สภาพ	ความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
4	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ พร้อมจอภาพ (จอภาพ)	7440-001-0002/011	1 เครื่อง	เงินบำรุง	22 พ.ค. 56	10	1	2,500.00	หลอดภาพเสีย	เห็นสมควรจำหน่ายได้
5	เครื่องสำรองไฟ รุ่น CBC groub สีดำ	7440-009-0002/040	1 เครื่อง	เงินบำรุง	28 มิ.ย. 61	5	1	3,000.00	แผงวงจรเสีย	เห็นสมควรจำหน่ายได้
6	โทรทัศน์ ขนาด 55 นิ้ว พร้อมขาแขวน ยี่ห้อ อัลฟ่า	7730-0301-002/64-003	1 เครื่อง	เงินบำรุง	5 ก.พ. 64	2	1	10,900.00	จอภาพเป็นเส้น หลอดภาพเสีย	เห็นสมควรจำหน่ายได้
7	เครื่องสำรองไฟขนาด 1000 VA ยี่ห้อ CHAMP สีดำ	7440-009-0002/020	1 เครื่อง	งบประมาณ	6 ส.ค. 58	8	1	2,500.00	แผงวงจรเสีย	เห็นสมควรจำหน่ายได้
8	เก้าอี้ทำงาน สีคราม มีล้อ รุ่น BC179M	7110-006-0018/65-008	1 เครื่อง	เงินบำรุง	21 เม.ย. 65	1	1	1,850.00	แกนกลางเก้าอี้หัก	เห็นสมควรจำหน่ายได้
9	เก้าอี้สำนักงาน ขาเหล็ก มีล้อ	7110-006-0018/024	1 เครื่อง	เงินบำรุง	28 ก.พ. 63	3	1	2,500.00	แกนกลางเก้าอี้หัก	เห็นสมควรจำหน่ายได้
10	เก้าอี้ประชุม	7110-006-0013/011	1 เครื่อง	เงินบำรุง	1 ต.ค. 55	11	1	550.00	ขาเก้าอี้หัก	เห็นสมควรจำหน่ายได้

.....หมดรายการ.....

อ่านให้ฟังแล้วรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ

(นายอนุสรณ์ หารต๊ะ)

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นางรัชนี พิเคราะห์)

ลงชื่อ
(นางเสาวณีย์ อยู่คง)

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุกา กรรมการ
(นายอนุสรณ์ จันสอง)

บริษัท ไบโอ พลัส เมดิคอล จำกัด (สำนักงานใหญ่)

BIO FM 38-2: 29 Mar 2018

Bio Plus Medical Co.,Ltd.

หมู่บ้านพฤกษา 17 51/769 หมู่ 9 ถ.ลำลูกกาคลอง 3 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
Pruksa Village 17 No.51/769 Moo 9, Lamlukka Klong 3, Ladsawai, Lamlukka, Pathumthani 12150 Thailand
โทรศัพท์ 0 2152 8277 แฟกซ์ 0 2152 8069 ลูกค้าสัมพันธ์โทรศัพท์ 06 5093 5094 Line ID. @bioplusgroup
e-mail : biocal.jpp@gmail.com, bioplus.me@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135560025321
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา เทสโก้ โลตัส ลำลูกกา (คลอง 2) ชื่อบัญชี บริษัท ไบโอ พลัส เมดิคอล จำกัด เลขที่บัญชี 408-610817-1

ใบเสนอราคา

QUOTATION

เลขที่ : QJ221212
วันที่ : 15/9/2022
รหัสลูกค้า :
ผู้ดูแล : เจตปรียา พลจร
เบอร์ติดต่อ : 08 9920 1509
ผู้เสนอราคา : ปาณิศา ไวยนิทา
เบอร์ติดต่อ : 09 1792 4633
e-mail : bioplus.me@gmail.com

เรียน : ผู้อำนวยการ
ที่อยู่ : โรงพยาบาลภูเพียง
392 ม.3 ต.ม่วงติ้ด อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ : 0 5460 1167 **โทรสาร :**
ผู้ติดต่อ : คุณวิชญตา (หน.ห้อง LAB) 08 4406 4360
e-mail : gratig.mt@gmail.com

บริษัทฯ มีความยินดีในการเสนอราคาเพื่อขายผลิตภัณฑ์แด่ท่านตามราคาและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้
We are pleased to submit you the following quotation and offer to sell the products descibed herein at price, items,and terms stated.

ลำดับ Item	รายการ Description	จำนวน Qty.	หน่วยนับ Unit	ราคาต่อหน่วย/บาท Unit Price	จำนวนเงิน/บาท Amount
1	**Modify ตู้ Positive Pressure SWAB Cabinet (ห้องตรวจเชื้อความดันบวก) เป็นระบบ (Negative pressure) ความดันลบ** ชุด filter Honsing Unit FHU ประกอบด้วย - กล่อง Honsing - Motor พัดลมระบายอากาศ - Pre Filter - HEPA Filter - ท่อและหน้าแพลนท่อระบบระบายอากาศ - กล่องควบคุมระบบไฟฟ้าและความดัน - ชุดวงจรปรับความเร็ว Motor พัดลม - ชุดManometor สำหรับความดัน - สวิตช์ควบคุม, พัดลม (Blower) หลอดไฟ(Light) หลอด (UVC)	1	เครื่อง	80,000.00	**80,000.00**

แปดหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน	**ราคาสินค้า PRICE**	**80,000.00**
	ส่วนลด DISCOUNT	**0.00**
	ราคาสินค้าทั้งสิ้น NET PRICE	**80,000.00**
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 %	**5,600.00**
	ยอดรวมสุทธิ GRAND TOTAL	**85,600.00**

กำหนดเข้าดำเนินการ / Delivery Time : 60 วัน หลังจากได้รับใบสั่งซื้อ / ใบสั่งจ้างลงนามโดยผู้มีอำนาจ (Days after receiving purchase order)
กำหนดยืนราคา / Price Validity : 90 วัน นับจากวันที่ราคานี้ (Days form quotation date)
เงื่อนไขการชำระเงิน / Term of Payment : 30 วัน หลังวันดำเนินการแล้วเสร็จ (Days after delivery)
บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้บริการแด่ท่านในเร็ววันนี้ / We look forward to giving you our best service

ยืนยันการสั่งซื้อ Confirm by :		ในนาม ไบโอ พลัส เมดิคอล
Authorized Signature/ Company Stamp		Sincerely Yours, (นายพีรศักดิ์ พลจร) Authorized Signature